



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: 2297 /23
Banovići, 06.02 .2023.

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 25. člana 70. stavovi (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 34. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova broj 5764/15 od 13.05.2015. godine, na Preporuku Komisije, Ugovorni organ RMU „Banovići“ d.d. Banovići, je donio

O D L U K U O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1. PONIŠTAVA SE postupak javne nabavke pokrenut putem konkurentskog zahtjeva u predmetu **BAŽDARENJE MJERNIH INSTRUMENTATA**, objavljen pod brojem obavještenja 565-7-2-529-3-641/22, (B-440/22) od 27.12.2022.godine.

Ugovorni organ poništava postupak javne nabavke u skladu sa članom 69, tačka 2. pod d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH, br.39/14), „Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva“ i Zapisnikom o ocjeni ponuda broj 183-ZC/22 od 2.2.2023.godine.

Ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

ORAO AD BIJELJINA	Ponuda je nepravilna iz razloga što je ponuđač u svojoj ponudi u nepomeni naveo da je za etaloniranje uređaja za ispitivanje diel. Čvrstoće trafo ulja njegovo akreditovano mjerno područje do 25 kV, a mjerna mogućnost je do 30 kV. S obzirom da je uređaj koji ugovorni organ posjeduje ima mjerno područje do 60 kV, proizilazi da ne bi mogao biti etaloniran u čitavom mjernom području. Ponuđač je takođe u svojoj ponudi u nepomeni naveo da je za etaloniranje el. struje kod instrumenata sa strujnim klijestima njegovo akreditovano mjerno područje je do 20 ADC odnosno 70 AAC a mjerna mogućnost je do 800 ADC/AAC. S obzirom da strujna klijesta koja ugovorni organ posjeduje imaju mjerna područja od 1000A i 2000A, proizilazi da ne bi mogla biti etalonirana u čitavom mjernom području.
-------------------	---

2. Postupak pokrenut putem otvorenog postupka se poništava i isti će BITI **OBNOVLJEN** u narednom periodu.

3. Ova Odluka o prekidu postupka primjenjuje se od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu : RMU "Banovići" d.d. Banovići, Ulica Armije BiH broj 52, 75290 Banovići.

Žalba se podnosi najmanje u 3 (tri) primjerka.

Dostavljeno:

1 x naslovu

1 x sekretar Komisije za nabavke

1 x a/a



DIREKTOR

Elvir Salihović, dipl.ecc.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075	Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla	306 0450 000 163538	Addiko Bank d.d. Mostar
132 1300 309 179345	NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići	134 5801 004 382649	ASA Banka d.d. Sarajevo
154 3602 003 310866	Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH	186 0001 048 962098	Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
555 0530 049 467130	Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla	338 4402 212 197081	UniCredit banka d.d. Mostar
102 7090 000 001366	Union bank d.d. Sarajevo	199 0500 055 252556	Sparkasse bank d.d. Sarajevo

RMU.740-15